

2021年3月1日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社  
 ライフサイエンス事業部

**Falcon® 3mLトランスファーピペット(カタログ番号 : 357575)**  
**包装資材変更のご案内**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、Falcon 3mLトランスファーピペット(個別包装、滅菌済み)(カタログ番号 : 357575)用の新しい包装装置が導入されます。現在の包装装置は機能的に寿命を迎えており、交換が必要となりました。新しい装置の導入は、現在の仕様と使いやすさを維持するためにバリデーションを行います。ピペット本体の変更はなく、一次包装(ブリスターパック)のみ変更となります。包装資材の詳細な違いについては、下記変更点をご覧ください。

ピペットの材質、目盛り、製品のアートワーク、その他製品形状、フィット感、機能に影響を与える変更はありません。新しい装置を使用して包装された製品についても、同じ工程内検査と工程後検査が実施されます。新しい包装が、現在の製品仕様と製品機能性を維持しているかの実証確認を行います。

敬具

記

**変更点**

一次包装の素材が、下記の通り変更となります。

	現在のパッケージ	新しいパッケージ
下部フィルム層	mLDPE/Nylon/mLDPE	HDPE/LDPE/EVA copolymer
上部の紙層	LDPE cellulose coextrusion/peelable coextrusion	Cellulose polymer coextrusion

## 変更時期

2021年4月以降の製造分より

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

以上